

Số: /BVPHCN-KD

Đồng Tháp, ngày tháng 11 năm 2023

V/v thông báo mời chào giá
máy điện châm

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm máy điện châm năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp.

Địa chỉ: 167, Tôn Đức Thắng, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Trần Thị Thanh Hà.

- Chức vụ: Phó trưởng Khoa Dược.

- Số điện thoại: 02773874969 hoặc 0907329287.

- Email: khoaduoc.bvphcndt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 167 Tôn Đức Thắng, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Nhận qua email: khoaduoc.bvphcndt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 10 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h ngày 20 tháng 11 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2023.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ:

1. Danh mục thiết bị y tế: (Phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp.

Số 167, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp trong giờ hành chính.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 72 giờ kể từ khi nhận được đơn đặt hàng của bệnh viện.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ khi công ty cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ.

5. Các thông tin khác: mẫu báo giá vui lòng làm đúng theo hướng dẫn tại thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế.

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế)

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp kính mời đại diện các đơn vị nộp báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Trang TTĐT của Bệnh viện;
- Lưu: KD, VT.

GIÁM ĐỐC

Mai Ngọc Lành

PHỤ LỤC DANH MỤC

(Đính kèm Công văn số /BVPHCN-KD ngày 10 tháng 11 năm 2023 của
Bệnh viện Phục hồi chức năng Tỉnh Đồng Tháp)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy điện châm	<p>Phụ kiện:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Máy chính: 01 cái;+ Cấp nguồn: 01 cái+ Cấp đầu ra: 06 cái+ Điện cực dán: 2 cái+ Bút dò huyết: 01 cái <p>Đặc tính kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none">- Phụ trợ dò tìm huyết trên cơ thể người- Có 5 dạng xung (ứng với các công dụng trị liệu khác nhau) để lựa chọn: Sóng liên tục, Sóng không liên tục, Sóng nén, Sóng dao động lên xuống, Sóng tắt mở- Tần số xung điện dao động từ 1,2Hz - 55Hz và bề rộng của bước sóng từ 0,6ms- Nguồn cung cấp 1 pha 220V / 50Hz hoặc pin 9V- Nguồn đầu vào: ít hơn 20 VA.- 6 kênh đầu ra, kích thích 12 điểm cùng 1 lúc- Điều chỉnh cường độ xung- Chức năng hẹn giờ: Từ 0~60 phút \pm 10%- Kích thước: 220 x 170 x 75 mm;	5	Máy